



Vicat Apparatus

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกำหนดค่าความแข็งของปูนมอร์ต้า
มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ปากถ้วยทดสอบ 6.4 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐานถ้วย 7.4 ซม.
ความสูงของถ้วย 4 ซม.
เข็มทดสอบมี 3 แบบ ขนาดยาว 5 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเข็ม 1 มม.ปลายแหลม 2 ชิ้น
ขนาดยาว 3 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเข็ม 1 มม.ปลายทอหึ่งเล็องเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. 1 ชิ้น
ขนาดยาว 5 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. 1 ชิ้น
แผ่นกระจกขนาด (10 x 10) ซม.หนา 4.5 มม.
ตัวแกนสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ สเกลห่าง 1 ซม.แสดงผลเป็น 10 มม.