

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Zamówienie obejmuje:

Dostawę do Zamawiającego (40-833 Katowice, ul. Obroki 109)
drobnego sprzętu kontrolno-pomiarowego zgodnie z poniższą specyfikacją:

- średnicówka w zakresie pomiarowym min. od 18-150mm - 2 sztuki
- przedłużacz o długości min. 250mm do średnicówek w zakresie pomiarowym min. od 35-150mm - 2 sztuki,
- czujnik zegarowy elektroniczny (cyfrowy) w zakresie pomiarowym min od 0-12,5mm, podziałka 0,001mm - 1 sztuka,
- mikrometr cyfrowy do pomiaru wieloklinów, powierzchnia pomiarowa do 3mm, w zakresie pomiarowym od 50-75mm – 3 sztuki,
- mikrometr cyfrowy do pomiaru wieloklinów, powierzchnia pomiarowa do 3mm w zakresie pomiarowym od 75-100mm - 2 sztuki,
- mikrometr analogowy do pomiarów wewnętrznych z zaokrąglonymi szczękami pomiarowymi w zakres od 25-50mm -2 sztuki,
- mikrometr analogowy do pomiarów wewnętrznych z zaokrąglonymi szczękami pomiarowymi w zakres od 50-75mm -2 sztuki,
- mikrometr analogowy do pomiarów wewnętrznych z zaokrąglonymi szczękami pomiarowymi w zakres od 75-100mm -2 sztuki,
- mikrometr analogowy do pomiarów wewnętrznych z zaokrąglonymi szczękami pomiarowymi w zakres od 100-125mm -2 sztuki,
- suwmiarka elektroniczna cyfrowa do pomiaru średnicy zewnętrznej, wewnętrznej oraz wysokości i głębokość w zakresie pomiarowym od 0-200mm o dokładności +/- 0,02mm - 4 sztuki
- suwmiarka cyfrowa o szczękach nożowych w zakresie od 10-200mm i dokładności +/- 0,05mm - 2 sztuki,
- średnicówka mikrometryczna trzypunktowa w zestawie: pierścienie ustawcze, zakres pomiarowy min. 12-20 mm, dokładność max. 0,001mm – 1 sztuka,



- cyfrowy głębokościomierz suwmiarkowy w zakresie pomiarowym od 0-200mm, o dokładności +/- 0,02mm - 1 sztuka,

- głębokościomierz z noniuszem(analogowy), w zakresie pomiarowym min. 0-500mm, - 2 sztuki,

Dostawca gwarantuje osiągnięcie założonych parametrów pomiaru, co będzie sprawdzane podczas odbioru w okresie max. do 5 dni dostawy. Pozytywny i zatwierdzony protokół próby odbioru będzie podstawą do dokonania płatności.

Dostawca dostarczy do Zamawiającego instrukcję obsługi w j. polskim Dostawca do Zamawiającego w dniu dostawy. W przypadku konieczności wykonania tłumaczeń na język polski lub z polskiego na inny obcy język, będą one wykonywane niezwłocznie przez dostawcę.